

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü
Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

TEKLİF MEKTUBU

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde kullanılmak üzere Tansiyon Aleti (Dijital Koldan Ölçer) alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi (d) bendi kapsamında yaptırılacak olup, KDV hariç fiyat teklifinizi **03/2020** tarihi mesai bitimine kadar vermenizi / fakslamanızı rica ederiz.

Tel : (0386) 213 33 22

Faks: (0386) 213 13 57 - 213 84 08

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Tansiyon Aleti (Koldan Ölçer Dijital)	10	Adet		
Ek:1 adet teknik şartname				Genel Toplam	

.../03/2020

Ad, Soyad / Ünvan /Kaşe
İmza

Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Teknik Şartnamesi

1. Cihaz düzensiz nabız atışını tespit edebilmelidir.
2. Cihazın tansiyon ölçüm aralığı 0-299 mmHG olmalıdır.
3. Cihazın nabız ölçüm aralığı 40-180 atış/dakika olmalıdır.
4. Cihaz, tansiyon ölçümü yapılan kişinin ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek hareketlerini tespit edilmeli ve ölçüm sonucuyla birlikte bu durumu ekranda bir uyarıyla birlikte gösterebilmelidir.
5. Cihazın, 21-42 cm çevre ölçüsü olan kollara uyumlu kendinden kavrayan manşeti olmalıdır.
6. Cihazın 8.5 x 5.5 cm ölçülerinde ekranı olmalıdır.
7. Cihaz 4 adet alkalin pili ile 1000 ölçüm yapabilmelidir ve pillerle birlikte verilmelidir.
8. Cihaz adaptörle kullanıma uygun olmalıdır.
9. Cihaz tansiyon değerleri yüksek olduğunda kırmızı led ışık, normal olduğunda yeşil led ışık ile durumu belirtmelidir.
10. Cihaz manşet basıncını ve hava indirme hızını kişinin tansiyonuna göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
11. Cihaz sabah ve akşam ölçümlerini ayrı ayrı hafızaya alabilmelidir.
12. Cihazın hafıza kapasitesi 100 x 2 adet olmalıdır. Ölçümler tarih ve saat ile birlikte kaydedilmelidir.
13. Cihaz son 3 ölçümün ortalamasını otomatik olarak hesaplamalıdır.
14. Cihazın taşıma ve saklama çantası olmalıdır.
15. Cihazın bluetooth özelliği olmalıdır. Tansiyon verilerini IOS, Android uygulamaları ile akıllı telefonlara ve tabletlere kablosuz şekilde aktarabilmelidir.
16. Cihazın "Dabl Educational Trust" onayı olmalıdır.
17. Cihazın CE belgesi olmalıdır.


Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Namık TÜRK
Sorumlu Hemşire


MURAT ÖNAL
Kalite Yönetimi Direktörü